

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz

Pismo: WIWa.27.14.2.2011

Bydgoszcz dnia: 2011-07-06

wg rozdzielnika

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 28.06. do 01.07.2011 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

Sprzęt laboratoryjny II,

Treść wspomnianych prośb jest następująca :

Pytania Wykonawcy I

Zadanie nr 2

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności komory roboczej 484 litry?
- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z komorą roboczą, podzieloną na 4 sekcje o regulowanej wysokości, wyposażone w osobne drzwi wewnętrzne do każdej sekcji?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zad. nr 2:

Ad. 1 – Zamawiający dopuszcza pojemność komory roboczej 484 litry.

Ad. 2 – Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki z komorą roboczą dzieloną na 4 sekcje.

Pytania Wykonawcy II

1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komory laminarnej w której wysokość szczeliny w pozycji roboczej powyżej wynosi 200mm? Mniejsza wysokość szczeliny roboczej wpływa na zmniejszenie się zużycia energii elektrycznej przez urządzenie.

2 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory laminarnej w której głośność wynosi 56 dB?

3 Czy poprzez punkt 1.11 Wymagań ogólnych Zamawiający rozumie, że panel sterowania komory ma być tuż nad szybą frontową z łatwym dostępem, bez konieczności przerywania pracy?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zad. nr 1:

Ad. 1 – Zamawiający nie wyraża zgody na komorę, której szczelina robocza jest mniejsza niż podana w wymaganiach ogólnych do zadania.

Ad. 2 – Zamawiający wyraża zgodę na głośność komory 56 dB.

Ad. 3 – Punkt 1.11 nie odnosi się do panelu sterowania komory. Natomiast punkt 1.9 mówiący o sterowaniu funkcjami komory bez konieczności przerywania pracy oznacza, że panel sterowania znajduje się wewnątrz komory, a sterowanie odbywa się za pomocą pilota.

Pytania Wykonawcy III

Część numer 1 komora laminarna

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory o wymiarach zewnętrznych: 1380 x 2290 x 750 mm?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory o szerokości zewnętrznej 1303 mm?
3. Czy przez opis umieszczony w punkcie 1.9 dotyczący sposobu sterowania komorą, Zamawiający rozumie zastosowanie pilota bezprzewodowego? Jeżeli tak, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza możliwość sterowania funkcjami komory za pomocą konwencjonalnego panelu sterowania zainstalowanego (pod kątem) nad szybą frontową komory?
4. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory o poziomie głośności < 53dB?
5. W punkcie 1.15 Zamawiający wymienia jako wyposażenie do komory zestaw 4 lamp UV umieszczonych po 2 w każdej ścianie bocznej. Nie chcąc wdawać się w polemikę z Zamawiającym na temat zasadności tego - dosyć niekonwencjonalnego rozwiązania formy sterylizacji wnętrza komory - czy Zamawiający dopuszcza zainstalowanie jednej lampy UV o wystarczającej efektywności (tutaj nadmieniam, że lampa UV o efektywności 15W jest wystarczająca do efektywnej sterylizacji blatu roboczego w komorze) - 30 W?
6. Czy przy zastosowaniu odpowiednio wyprofilowanego blatu roboczego na "wejściu" do komory, w kształcie litery V, które to rozwiązanie eliminuje możliwość pojawienia się zaburzeń zasysania powietrza do wnętrza komory, Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z podpórek dla przedramion - rozwiązania starego, niewygodnego, kłopotliwego w utrzymaniu sterylności.

Część numer 2 zamrażarka głębokiego mrożenia

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamrażarki o zakresie tempartur -50 do -85C?
2. Czy funkcja - opis 1.12 rejestratora temperatury z powiadomieniem na telefon, oznacza, że Zamawiający chce posiadać funkcję rejestracji i opcję powiadomienia telefonicznego

o ewentualnych alarmach? Tutaj nadmieniam, że rejestrator temperatury jest funkcją niezależną o powiadomieniach telefonicznych.

3. Czy Zamawiający dopuszcza izolację 123 mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zad. nr 1:

Ad. 1 – Zamawiający nie wyraża zgody na komorę o wymiarach zewnętrznych: 1380 x 2290 x 750 mm.

Ad. 2 – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory o szerokości zewnętrznej 1303 mm.

Ad. 3 – Panel sterowania znajduje się wewnątrz komory, a sterowanie odbywa się za pomocą pilota, w związku z tym zamawiający nie wyraża zgody na panel sterowania zainstalowany nad szybą frontową.

Ad. 4 – Zamawiający dopuszcza komorę o poziomie głośności <53dB.

Ad. 5 – Zamawiający nie dopuszcza komory z jedną lampą UV.

Ad. 6 – Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z podpórek dla przedramion.

Zad. nr 2:

Ad. 1 – Zamawiający dopuszcza zamrażarki o zakresie -50° C do -85° C.

Ad. 2 – Zamawiający chce posiadać funkcję rejestracji temperatur i ponadto funkcję telefonicznego powiadamiania o przekroczeniu zadanych temperatur.

Ad. 3 – Zamawiający nie dopuszcza izolacji 123 mm.

Pytania Wykonawcy IV

1. Proszę o doprecyzowanie czy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego (dot. punktu 7.3. SIWZ), wystarczające będzie załączenie do oferty przetargowej opisu oferowanego urządzenia ?

2. Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez zapis: (dot. punktu 7.3. SIWZ), "Opis środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia"? Co powinien zawierać wymagany dokument?

Dot. części 1- komora laminarna HS KS 12 lub równoważna z wyposażeniem

1. Czy Zamawiający wymaga, załączenia do oferty przetargowej certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469 wydanego przez niezależną jednostkę akredytacyjną np. TUV oraz dedykowanego dla konkretnego - oferowanego w przetargu modelu komory?

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 1380 x 2175 x 840 mm?

3. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 1360 x 2235 x 792 mm?

4. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej o wymiarach blatu roboczego: 1183 x 600 mm (szer. x gł.)?
5. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej o wymiarach blatu roboczego: 1230 x 600 mm (szer. x gł.)?
6. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, wyposażonej w dwa filtry HEPA klasy H14 o wydajności 99,999% dla cząstek wielkości $\geq 0,3\mu\text{m}$, bez dodatkowego filtra wstępnego przeciwkurzowego?
7. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa, w której w miejsce stopnia zużycia filtrów, wyświetlana jest liczba przepracowanych godzin przez filtry HEPA komory?
Filtry HEPA są przewidziane są na przepracowanie 7000 godzin, zatem znając liczbę przepracowanych już godzin, w łatwy sposób można oszacować stopień zużycia filtrów.
8. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej sterowanej za pośrednictwem panelu sterowania znajdującego się nad szybą frontową z prawej strony, umożliwiającego sterowanie funkcjami komory jak również obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora?
9. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej bez wyświetlania czasu trwania dezynfekcji lampy UV? Czas trwania dezynfekcji UV jest ustawiany przez użytkownika i jest odliczany do wartości 0.
10. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej, w której emitowany hałas jest na poziomie ≤ 53 dBa?
11. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej, w której emitowany hałas jest na poziomie ≤ 55 dBa?
12. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej z wysokością szczeliny roboczej 200 mm?
13. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej ze ścianami bocznymi pełnymi (nie przeszklonymi), chroniącymi przed promieniowaniem UV?
14. Czy oświetlenie wnętrza komory o wartości ≥ 1200 lux będzie dla Zamawiającego odpowiednie?
15. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej z zestawem do sterylizacji w postaci 1 lampy UV umieszczonej w górnej części komory, poza obszarem roboczym, umożliwiającą dokładną sterylizację komory?
16. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie komory laminarnej z odpowiednio wyprofilowaną przednią krawędzią komory i w związku z tym bez wyposażenia w formie podpórek przedramion?
17. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie instrukcji obsługi wraz z dostawą urządzenia (nie do oferty przetargowej)?

Dot. części 2- zamrażarka do głębokiego mrożenia typu szafkowego

1. Proszę o doprecyzowanie czy w punkcie 1.2. opisu urządzenia Zamawiający miał na myśli następujący zakres temperatury: -50°C do -86°C ?

2. W związku z rozbieżnością dot. pojemności zamrażarki pomiędzy punktami 1.1. a 1.3 opisu urządzenia, proszę o doprecyzowanie czy zamrażarka o pojemności 500 l spełni wymagania Zamawiającego?
3. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej z wnętrzem podzielonym na 4 niezależne sekcje zamykane 4 niezależnymi, izolowanymi termicznie drzwiczkami wewnętrznymi, z możliwością regulacji wysokości wszystkich sekcji oraz z dodatkową półką dla każdej z sekcji (co daje łącznie osiem powierzchni do układania materiału)? Proszę również o informację ile punktów przyzna Zamawiający za zaoferowanie wyżej opisanego rozwiązania?
4. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki z drzwiami wewnętrznymi wykonanymi z tworzywa odpornego na niską temperaturę oraz z izolacją termiczną?
5. Proszę o doprecyzowanie czy drzwiczki wewnętrzne zamykające poszczególne sekcje zamrażarki mają być wyposażone w uszczelkę zamontowaną wokół drzwiczek, zapewniającą całkowitą szczelność każdej z sekcji podczas jej zamknięcia, co minimalizuje powstawanie oszronienia oraz wnikanie ciepła do wnętrza sekcji?
6. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 1015 x 900 x 1985 mm (szer. x gł. x wys.)
7. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby progi alarmów zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (tzn. wartości graniczne temperatury, przy których włącza się alarm) były nastawiane przez użytkownika zamrażarki?
8. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki z izolacją poliuretanową spienianą bezpośrednio w urządzeniu o grubości wynoszącej 140 mm?
9. Czy Zamawiający wymaga, aby panel kontrolny zamrażarki był wyposażony w wielofunkcyjny, graficzny wyświetlacz LCD, z funkcją rejestracji temperatury, pozwalający m. in. na graficzną prezentację zapisów temperatury pracy zamrażarki w czasie, oraz rejestrowanie wszelkich zdarzeń takich jak stany alarmowe, napięcia zasilające oraz otwarcie i zamknięcie drzwi?
10. Czy Zamawiający wymaga wyposażenia zamrażarki we wbudowane w panel sterowania gniazdo na zewnętrzne urządzenie magazynujące dane (karty SD, porty USB itp.) umożliwiające przeniesienia danych z rejestratora na komputer?
11. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby system niezależnego, awaryjnego podtrzymywania temperatury (system CO2 back-up) pochodził od tego samego producenta co zamrażarka oraz, żeby był fabrycznie wbudowany w obudowę zamrażarki?
12. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby system niezależnego awaryjnego podtrzymywania temperatury (system CO2 back-up) był programowany i sterowany z panelu sterowania zamrażarki?
13. Proszę o doprecyzowanie czy wraz z systemem podtrzymania temperatury, Zamawiający wymaga dostarczenia butli z ciekłym CO2? Czy butla o zawartości CO2 min. 30 kg będzie dla Zamawiającego wystarczająca?
14. Czy w związku z faktem, że dwutlenek podawany przez system podtrzymania temperatury jest w formie ciekłej, przez co nie ma możliwości zastosowania kolektorów na linii podawania CO2, Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia kolektora wraz z systemem podtrzymania temperatury?

15. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie instrukcji obsługi wraz z dostawą urządzenia (nie do oferty przetargowej)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 i ad. 2 – Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty instrukcji oraz prospektów (katalogów) w języku polskim dotyczących oferowanego sprzętu i spełniających wymagania ogólne dla zadań.

Zad. nr 1:

Ad. 1 – Produkt ma spełniać wymagania zawarte w normie EN 12469. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty przetargowej certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Ad. 2 – Zamawiający nie wyraża zgody na komorę o wymiarach zewnętrznych: 1380 x 2175 x 840 mm.

Ad. 3 – Zamawiający nie wyraża zgody na komorę o wymiarach zewnętrznych: 1360 x 2235 x 792 mm.

Ad. 4 – Zamawiający nie wyraża zgody na komorę o wymiarach blatu roboczego: 1183 x 600mm.

Ad. 5 – Zamawiający nie wyraża zgody na komorę o wymiarach blatu roboczego: 1230 x 600mm.

Ad. 6 – Zamawiający nie zgadza się na komorę laminarną II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, wyposażoną w dwa filtry HEPA klasy H14 o wydajności 99,999 % dla cząstek wielkości $\geq 0,3 \mu\text{m}$, bez dodatkowego filtra wstępnego przeciwkurzowego.

Ad. 7 – Zamawiający nie zgadza się na komorę laminarną II klasy bezpieczeństwa, w której w miejsce stopnia zużycia filtrów, wyświetlana jest liczba przepracowanych godzin przez filtry HEPA komory.

Ad. 8 – Zamawiający nie wyraża zgody na komorę laminarną sterowaną za pośrednictwem panelu sterowania znajdującego się nad szybą frontową z prawej strony, umożliwiającego sterowanie funkcjami komory jak również obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora.

Ad. 9 – Zamawiający wyraża zgodę na komorę laminarną bez wyświetlania czasu trwania dezynfekcji lampy UV.

Ad. 10 – Zamawiający wyraża zgodę na komorę laminarną, w której emitowany hałas jest na poziomie $\leq 53 \text{ dBA}$.

Ad. 11 – Zamawiający wyraża zgodę na komorę laminarną, w której emitowany hałas jest na poziomie $\leq 55 \text{ dBA}$.

Ad. 12 – Zamawiający nie wyraża zgody na komorę laminarną z wysokością szczeliny roboczej 200 mm.

Ad. 13 – Zamawiający nie wyraża zgody na komorę laminarną ze ścianami bocznymi pełnymi (nie przeszklonymi), chroniącymi przed promieniowaniem UV.

Ad. 14 – Zamawiający nie wyraża zgody na oświetlenie wnętrza komory o wartości $\geq 1200 \text{ lux}$.

Ad. 15 – Zamawiający nie dopuszcza komory z jedną lampą UV.

Ad. 16 – Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z podpórek przedramion.

Ad. 17 – Instrukcja obsługi urządzenia musi być dołączona do oferty przetargowej.

Zad. nr 2:

Ad. 1 – Zamawiający dopuszcza zamrażarki o zakresie -50°C do -86°C.

Ad. 2 – Zamawiający dopuszcza zamrażarki o pojemności 500 l.

Ad. 3 – Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki z wnętrzem podzielonym na 4 niezależne sekcje, zamykane 4 niezależnymi drzwiczkami wewnętrznymi. Zamawiający przyzna zero punktów za opisane w pytaniu rozwiązanie.

Ad. 4 – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki z drzwiami wewnętrznymi wykonanymi z tworzywa odpornego na niską temperaturę oraz z izolacją termiczną.

Ad. 5 – Zamawiający dopuszcza uszczelki wokół wewnętrznych drzwiczek zamykających poszczególne sekcje.

Ad. 6 – Zamawiający dopuszcza wymiary 1015x900x1985 mm.

Ad. 7 – Zamawiający wymaga, aby progi alarmów temperatur były nastawiane przez użytkownika zamrażarki.

Ad. 8 – Zamawiający nie dopuszcza izolacji o grubości 140 mm.

Ad. 9 – Zamawiający nie wymaga, aby panel kontrolny zamrażarki był wyposażony w wielofunkcyjny, graficzny wyświetlacz LCD.

Ad. 10 – Zamawiający nie wymaga gniazda wbudowanego w panel sterowania zamrażarki na zewnętrzne urządzenia magazynujące dane.

Ad. 11 – Zamawiający wymaga, aby system niezależnego, awaryjnego podtrzymywania temperatury pochodził od tego samego producenta co zamrażarka oraz był fabrycznie wbudowany w obudowę zamrażarki.

Ad. 12 – Zamawiający wymaga, aby system niezależnego awaryjnego podtrzymywania temperatury był programowany i sterowany z panelu sterowania zamrażarki.

Ad. 13 – Zamawiający dopuszcza dostarczenia odpowiednich butli, pasujących do załączonego kolektora. Butla o zawartości 30 kg będzie wystarczająca.

Ad. 14 – Zamawiający nie rezygnuje z wymogu dostarczenia odpowiedniego kolektora do podłączenia butli zasilających w CO₂.

Ad.15 – Instrukcja obsługi urządzenia musi być dołączona do oferty przetargowej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Kujawsko - Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Bogumiła W. Mikołajczak

Rozdzielnik:

1. ALAB Warszawa;
2. CHEMINST Wrocław;
3. DANLAB Białystok;
4. HAKMANN Warszawa;
5. a/a