

Pismo: WIWa.27.22.3.2011

Bydgoszcz dnia: 2011-09-07

**ODPOWIEDZI
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 01-05.09.2011 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

Odczynniki chemiczne III,

Treść wspomnianych próśb jest następująca:

1. Pytania Wykonawcy 1.:

Pytanie nr 1 - dotyczy zadania nr 5:

Standardowo kolumnienki o formacie 500mg/6 ml pakowane są po 30 szt., natomiast wielkość opakowania 50 szt. dotyczy kolumnienek o formacie 500mg/3 ml.

Czy w związku z tym Zamawiający zamierza dokonać korekty SIWZ zmieniając treść opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu 5 z op.=50 szt. na 30 szt., a w związku z tym dokonać również zmiany ilości zamawianych opakowań kolumnienek SPE?

2. Pytania Wykonawcy 2.:

Pytanie nr 1 - dotyczy warunków umowy:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§ 4 ust. 2a) na: "za zwłokę w wykonaniu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto opóźnionej

dostawy za każdy dzień zwłoki". Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

3. Pytania Wykonawcy 3.:

Pytanie nr 1 - dotyczy zadania nr 1 poz. 24:

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie Kwasu solnego 35-38% czda?

4. Pytania Wykonawcy 4.:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu umowy w § 4 ust. 2 - proponujemy zapis:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki ale nie więcej niż 10% wartości całego zamówienia”.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu w § 2 ust. 5 - proponujemy zapis:

„Do każdej dostawy będą dołączone certyfikaty kontroli jakości w oddzielnej kopercie lub elektronicznie wysłane mailowo - warunek odbioru dostawy przez zamawiającego”.

Pytanie nr 3:

Czy w zadaniu nr 1 odczynniki chemiczne dla poz. 16 jod krystaliczny może być zmienione opakowanie z 250 g na 200 g.

Pytanie nr 4:

Czy w zadaniu nr 1 odczynniki chemiczne dla pozycji 30 podchloryn sodu termin ważności może zostać zmieniony do max 6 miesięcy? Wynika to z chemicznej specyfiki tego produktu i faktu, iż substancja ta traci swoje właściwości po sześciu miesiącach.

5. Pytania Wykonawcy 5.:

Pytanie nr 1 - dotyczy zadania nr 1, poz. 30:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Podchlorynu sodu z terminem ważności 6 miesięcy? Taki termin ważności podaje producent tego odczynnika.

Pytanie nr 2 - dotyczy zadania nr 1, poz. 39, 40, 42:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wzorców oraz zestawu odczynników do barwienia z terminem ważności 12 miesięcy? Takie terminy ważności podają producenci tych odczynników.

Pytanie nr 3 - dotyczy zadania nr 1, poz. 41:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wzorca pH=9,18 z terminem ważności 6 miesięcy? Taki termin ważności podaje producent tego odczynnika.

Pytanie nr 4 - dotyczy zadania nr 1, poz. 39-41:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie roztworów buforowych o pH 4,1; 6,86 i 9,18 posiadających certyfikaty jakości ale nie posiadających certyfikatów wzorcowania.

Pytanie nr 5 - dotyczy zadania nr 1, poz. 24:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kwasu solnego o stężeniu 35-38%

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1:

W związku z zapytaniem Wykonawcy Zamawiający dokonuje korekty zapisów SIWZ dla zadania nr 5, pkt.2 w taki sposób, że:

- w kolumnie „Nazwa odczynnika” wykreśla się „op. = 50 szt.”;
- w kolumnie „j.m.” – jest „op.”, ma być „szt. ”
- w kolumnie „ilość zamawiana” – jest „10”, ma być „600”.

Ad. 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów umowy.

Ad. 3:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kwasu solnego 35-38% cz.d.a.

Ad. 4:

Do pytania nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów umowy.

Do pytania nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu umowy w § 2 ust. 5 na: „do każdej dostawy będą dołączone certyfikaty kontroli jakości w oddzielnej kopercie lub elektronicznie wysłane mailowo – warunek odbioru dostawy przez zamawiającego”.

Do pytania nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opakowania jodu krystalicznego z 250 g na 200 g.

Do pytania nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podchlorynu sodu z 6 miesięcznym terminem ważności.

Ad. 5:

Do pytania nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podchlorynu sodu z terminem ważności 6 miesięcy.

Do pytania nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wzorców oraz zestawu odczynników do barwienia z terminem ważności 12 miesięcy.

Do pytania nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wzorca pH-9,18 z terminem ważności 6 miesięcy.

Do pytania nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie roztworów buforowych o pH 4,1; 6,86 i 9,18 posiadających certyfikaty jakości, ale nie posiadających certyfikatów wzorcowania.

Do pytania nr 5:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kwasu solnego 35-38%.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Roman Ratyński