

Pismo: WIWa.272.13.3.2012

Bydgoszcz dnia: 2012-07-09

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-07-06 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

Odczynniki chemiczne IV

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Zgodnie z wymogiem SIWZ Zamawiający wymaga dla poz. 1 przedmiotu zamówienia dołączenia do oferty opinii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. bardzo prosimy o wyjaśnienie:

- O jaką opinię chodzi?
 - Czy wystarczy list referencyjny potwierdzający współpracę z PIW-PIW Puławy?
 - Czy Zamawiający może wskazać produkt, na którym metoda została zwalidowana, a Wykonawca na potwierdzenie zaoferowania produktu zatwierdzonego przez PIW-PIB Puławy dołączyć kartę katalogową tego produktu, zamiast takiej opinii?
2. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 21 do 30 dni? Taki jest bowiem czas potrzebny na sprowadzenie tych towarów przez Wykonawcę.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Zamawiającemu chodzi o pisemne potwierdzenie z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, że proponowane kolumnienki spełniają wymagania zawarte w metodzie analitycznej; „Wykrywanie zanieczyszczeń kokcydiostatykami jonoforowymi w paszach metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z derywatyzacją podkolumnową”. Metoda pod redakcją: Małgorzaty Olejnik, Teresy Szprengier-Juszkiewicz, Konrada Pietruk, Piotra Jedziniaka.

- Zamawiającemu wystarczy list referencyjny potwierdzający współpracę z PIW-PIB Puławy.
- Zgodnie z opracowaniem metodycznym PIW-PIB w Puławach pkt. 5, 5.3 – zastosowano kolumnienki aminowe 500 mg, J.T. Baker.

Ad.2 – Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 21 dni do 30 dni.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

a/a

WK

Z-ca Kujawsko - Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Roman Ratyński