

**WYTYCZNE BRANŻOWE
DO
PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ
PRACOWNI CHEMICZNEGO BADANIA PASZ
ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
W BYDGOSZCZY
PRZY UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10**

III PIĘTRO

300 korytarz 26,88 m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Ściany łatwo zmywalne, gładkie ,odporne na środki dezynfekcyjne
	Podłoga łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na śr.dezynfekcyjne, cokół wys.10cm
	zabezpieczenie narożników ścian i drzwi przed zniszczeniami mech.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne
	Gniazda wtykowe 230V -porządkowe
INSTALACJE WOD - KAN	
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 20°C
WENTYLACJA	Grzejniki gładkie, łatwe w utrzymaniu czystości
	1 wym/h

305 pomieszczenie socjalne 17,73 m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Ściany malowane farbą akrylową
	Podłoga łatwozmywalna, PCV, cokół wys.10cm
	Przy zlewozmywaku okładzina ścienna odporna na działanie wody do wys 160cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe
	Instalacja telefoniczna i komputerowa, łącze internetowe
	Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN	Do zlewozmywaka
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do zlewozmywaka
INSTALACJA C.O.	+ 20°C
WENTYLACJA	Grzejniki gładkie, łatwe w utrzymaniu czystości
	30m ³ /os

306 pokój analiz 1 36,70 m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Ściany łatwo zmywalne, nienasiąkliwe ,o podwyższonej odporności na związki chemiczne, odporne na środki dezynfekcyjne i działanie wody
	Podłoga łatwozmywalna, o podwyższonej odp.na zw.chem, cokół wys.10cm
	Przy zlewozmywakach okładzina odporna na działanie wody, śr.dezynf i zw.chem.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe
	Instalacja telefoniczna i komputerowa, łącze internetowe
	Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN	Do zlewozmywaków, dygestoriów, oczomyjki
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do zlewozmywaków
INSTALACJA C.O.	+ 20°C
GAZY	Grzejniki gładkie, łatwe w utrzymaniu czystości
	doprowadzenie azotu 5N i próżni do dygestoriów i gniazd w ścianie
WENTYLACJA	6-8wym/h, filtr na wywiewie dla separacji zapachów
	Wywiew z dygestoriów, wyciąg nad centralnym stołem laboratoryjnym, nad stołem z urządzeniami

307a pokój analiz 2 8,91 m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Ściany łatwo zmywalne, nienasiąkliwe ,o podwyższonej odporności na związki chemiczne, odporne na środki dezynfekcyjne i działanie wody
	Podłoga łatwozmywalna, o podwyższonej odp.na zw.chem, cokół wys.10cm
	Przy zlewozmywaku i oczomyjce okładzina odporna na działanie wody, śr.dezynf i zw.chem.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe
	Instalacja telefoniczna i komputerowa, łącze internetowe
	Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN	Do zlewozmywaka, oczomyjki
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do zlewozmywaka
INSTALACJA C.O.	+ 20°C
GAZY	
WENTYLACJA	6-8wym/h

307b pokój analiz 3 8,77 m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Ściany łatwo zmywalne, nienasiąkliwe ,o podwyższonej odporności na związki chemiczne, odporne na środki dezynfekcyjne i działanie wody
	Podłoga łatwozmywalna, o podwyższonej odp.na zw.chem, cokół wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne
	Instalacja telefoniczna i komputerowa, łącze internetowe
	Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN	
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 20°C
GAZY	Grzejniki gładkie, łatwe w utrzymaniu czystości
WENTYLACJA	6-8wym/h

308 pokój analiz 4 18,94 m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Ściany łatwo zmywalne, nienasiąkliwe ,o podwyższonej odporności na związki chemiczne,
	odporne na środki dezynfekcyjne i działanie wody
	Podłoga łatwowymywalna, o podwyższonej odp.na zw.chem, cokół wys.10cm
	Przy zlewozmywaku i oczomyjce okładzina odporna na działanie wody, śr.dezynf i zw.chem.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe
	Instalacja telefoniczna i komputerowa, łącze internetowe
	Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN	Do zlewozmywaka, oczomyjki
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do zlewozmywaka
INSTALACJA C.O.	+ 20°C
	Grzejniki gładkie, łatwe w utrzymaniu czystości
GAZY	doprowadzenie azotu 5N i próżni do dygestoriów i gniazd w ścianie
WENTYLACJA	6-8wym/h, filtr na wywiewie dla separacji zapachów

309 pokój analiz 5 11,28 m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Ściany łatwo zmywalne, nienasiąkliwe ,o podwyższonej odporności na związki chemiczne,
	odporne na podwyższone temperatury
	Podłoga łatwowymywalna, o podwyższonej odp.na zw.chem, cokół wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne
	Gniazda wtykowe 230V ,400V – do urządzeń technologicznych
INSTALACJE WOD - KAN	Do dygestoriów
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do dygestoriów
INSTALACJA C.O.	+ 20°C (duża emisja ciepła z urządzeń – obliczyć z bilansu cieplnego)
	Grzejniki gładkie, łatwe w utrzymaniu czystości
GAZY	doprowadzenie azotu 5N do dygestoriów
WENTYLACJA	6-8wym/h, filtr na wywiewie dla separacji zapachów
	Indywidualne wyciągi nad urządzeniami, wyrzut na zewnątrz z pieca mikrofalowego

310 pokój analiz 6 18,25 m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Ściany łatwo zmywalne, nienasiąkliwe ,o podwyższonej odporności na związki chemiczne,
	odporne na środki dezynfekcyjne i działanie wody
	Podłoga łatwowymywalna, o podwyższonej odp.na zw.chem, cokół wys.10cm
	Przy zlewozmywaku okładzina odporna na działanie wody, śr.dezynf i zw.chem.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe
	Instalacja telefoniczna i komputerowa, łącze internetowe
	Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN	Do zlewozmywaka
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do zlewozmywaka
INSTALACJA C.O.	+ 20°C
	Grzejniki gładkie, łatwe w utrzymaniu czystości
GAZY	doprowadzenie azotu 5N i sprężonego powietrza do chromatografu gazowego
WENTYLACJA	6-8wym/h, filtr na wywiewie dla separacji zapachów

III PIĘTRO

306 pokój analiz 7 14,60 m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Ściany łatwo zmywalne, nienasiąkliwe ,o podwyższonej odporności na związki chemiczne,
	odporne na środki dezynfekcyjne i działanie wody
	Podłoga łatwozmywalna, o podwyższonej odp.na zw.chem, cokół wys.10cm
	Przy zlewozmywaku okładzina odporna na działanie wody, śr.dezynf i zw.chem.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe
	Instalacja telefoniczna i komputerowa, łącze internetowe
	Gniazda wtykowe 230V , 400V
INSTALACJE WOD - KAN	Do zlewozmywaka, oczomyjki
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do zlewozmywaka
INSTAL11JA C.O.	+ 20°C
	Grzejniki gładkie, łatwe w utrzymaniu czystości
GAZY	doprowadzenie argonu, acetylenu do urządzeń
WENTYLACJA	6-8wym/h, filtr na wywiewie dla separacji zapachów
	Wyciągi elastyczne nad urządzeniami

000 pokój kierownika 11,80 m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Ściany malowane farbą akrylową
	Podłoga łatwozmywalna,PCV, cokół wys.10cm
	Przy umywalce okładzina ścienna odporna na działanie wody do wys 160cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe
	Instalacja telefoniczna i komputerowa, łącze internetowe
	Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN	Do umywalki
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki
INSTALACJA C.O.	+ 20°C
	Grzejniki gładkie, łatwe w utrzymaniu czystości
WENTYLACJA	30m ³ /osobę