

**Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz**

Pismo: WIWa.272.5.3.2015

Bydgoszcz dnia: 2015-04-28

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-04-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Sprzęt laboratoryjny I,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Dotyczy zadania nr 1 - Laboratoryjna szafa chłodnicza

Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą o pojemności 335l oraz spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego? Przy zachowaniu wymiarów zewnętrznych 520 x 700 x 2020 mm (szer. x głęb. x wys.) jesteśmy w stanie zaproponować Zamawiającemu urządzenie o większej pojemności. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o większej pojemności niż 300 l, zgodnie ze SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kujawsko - Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Mieczysław Kowalik