

**Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz**

Pismo: WIWa.272.4.4.2017

Bydgoszcz dnia: 2017-04-07

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-04-06 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na **Sprzęt laboratoryjny I**.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Dotyczy zadania nr 3 – wirówka laboratoryjna

1. Biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający wymaga wirnika o poj. 12x1/1,5 ml zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wirówki o pojemności 500 ml +/- 10%.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści wirówkę o pojemności 500 ml +/-10%.

2. W związku z tym, że w procesie wirowania parametrem ważniejszym dla wirowanych prób jest przyspieszenie xg, a nie ilość obrotów zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie wirówki i wirnika 24x1,5/2,2 ml o RCF 24959 xg oraz RPM 18000 +/- 10% - przyspieszenie 24959 jest lepszym parametrem od wymaganego ponieważ wirnik 12x1,5/2 posiada max. przyspieszenie 24270 xg.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści wirnik 24x1,5/2,2 ml o RCF 24959 oraz RPM 18000.

3. Zamawiający wymaga, aby czas wirowania wynosił od 1 sekundy do 99 godzin 59 minut, 59 sekund krok 1 sec. - jest to parametr identyfikujący tylko jednego producenta, gdy tymczasem powyższy parametr nie ma żadnego zastosowania w praktyce, ponieważ żadna metodyka nie zaleca wirowania dłuższego niż 99 minut

i krótszego niż 1 minuta, zbyt długie wirowanie może niszczyć próbki i wpływać negatywnie na wynik wirowania, a zbyt krótki nie pozwala nawet rozpedzić wirówki do max. przyspieszenia, dlatego wnioskujemy o dopuszczenie wirówki o programowanym zakresie wirowania od 1-99 min i możliwością pracy ciągłej, co zapewnia możliwość ewentualnego wirowania w czasie dłuższym niż 99 minut.

ODPOWIEDŹ:


Możliwość ustawienia czasu wirowania poniżej 1 sekundy jest wymagana w metodyce badań, dlatego wirówka, która nie spełnia tego wymogu jest niedopuszczalna.

4. Zamawiający wymaga, aby wirówka posiadała 99 programów i rejestrację parametrów na komputer - są to parametry wpisane z ulotki jednego producenta, które nie mają praktycznego zastosowania w codziennym użytkowaniu wirówki, a wręcz czasami zdają się być zbędnym gadżetem, tym bardziej, że Zamawiający wymaga tylko jeden wirnik, dlatego zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie wirówki z 16 programami bez rejestracji na komputer, co pozwoli zaoferować Zamawiającemu więcej niż jedną konkurencyjną ofertę.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści wirówkę posiadającą 16 programów

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kujawsko - Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Mieczysław Kowalik