

Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz

Pismo: WIWa.272.4.5.2017

Bydgoszcz dnia: 2017-04-07

S P R O S T O W A N I E D O O D P O W I E D Z I
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w piśmie z dnia 07.04.2017 r. znak WIWa.272.4.4.2017 dotyczącego wyjaśnienia zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na **Sprzęt laboratoryjny I** nastąpiła pisarska omyłka.

W odpowiedzi na pytanie nr 2: *„W związku z tym, że w procesie wirowania parametrem ważniejszym dla wirowanych prób jest przyspieszenie xg, a nie ilość obrotów zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie wirówki i wirnika 24x1,5/2,2 ml o RCF 24959 xg oraz RPM 18000 +/- 10% - przyspieszenie 24959 jest lepszym parametrem od wymaganego ponieważ wirnik 12x1,5/2 posiada max. przyspieszenie 24270 xg”*

TREŚĆ WINNA BRZMIĆ:

Zamawiający dopuści wirnik 24x1,5/2,2 ml o RCF 24959 oraz RPM 18000 +/- 10%.

W odpowiedzi na pytanie nr 3: *„Zamawiający wymaga, aby czas wirowania wynosił od 1 sekundy do 99 godzin 59 minut, 59 sekund krok 1 sec. - jest to parametr identyfikujący tylko jednego producenta, gdy tymczasem powyższy parametr nie ma żadnego zastosowania w praktyce, ponieważ żadna metodyka nie zaleca wirowania dłuższego niż 99 minut i krótszego niż 1 minuta, zbyt długie wirowanie może niszczyć próbki i wpływać negatywnie na wynik wirowania, a zbyt krótki nie pozwala nawet rozpedzić wirówki do max. przyspieszenia, dlatego wnioskujemy o dopuszczenie wirówki o programowanym zakresie wirowania od 1-99 min i możliwością pracy ciągłej, co zapewnia możliwość ewentualnego wirowania w czasie dłuższym niż 99 minut”.*

TREŚĆ WINNA BRZMIEĆ:

Możliwość ustawienia czasu wirowania poniżej 1 **minuty** jest wymagana w metodyce badań, dlatego wirówka, która nie spełnia tego wymogu jest niedopuszczalna.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kujawsko - Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Mieczysław Kowalik